

序号	名称	标准值及不确定度	编号
1	甲醇中微量水分标准物质	0.103%, $U_{rel}=3\%$, $k=2$	GBW(E)1305
2	水中氯根成分分析标准物质	100 $\mu\text{g/mL}$, $U_{rel}=1\%$, $k=2$	GBW(E)0825
3	水中氯根成分分析标准物质	1000 $\mu\text{g/mL}$, $U_{rel}=1\%$, $k=2$	GBW(E)0825
4	钠单元素溶液标准物质	100 $\mu\text{g/mL}$, $U_{rel}=1\%$, $k=2$	GBW(E)0825
5	钾单元素溶液标准物质	100 $\mu\text{g/mL}$, $U_{rel}=1\%$, $k=2$	GBW(E)0825
6	化学需氧量 (COD _{Cr}) 标准	100 mg/L, $U_{rel}=2\%$, $k=2$	GBW(E)0825
7	水中氨氮成分分析标准物质	100 mg/L, $U_{rel}=1\%$, $k=2$	GBW(E)0825
8	甲醇中胆固醇溶液标准物质	5.0 $\mu\text{g/mL}$, $U_{rel}=4.0\%$, $k=2$	GBW(E)
9	甲醇中胆固醇溶液标准物质	200 $\mu\text{g/mL}$, $U_{rel}=2\%$, $k=2$	GBW(E)0907
10	锌单元素溶液标准物质	100 $\mu\text{g/mL}$, $U_{rel}=1\%$, $k=2$	GBW(E)0825
11	铬单元素溶液标准物质	100 $\mu\text{g/mL}$, $U_{rel}=0.8\%$, $k=2$	GBW(E)0825
12	锰单元素溶液标准物质	100 $\mu\text{g/mL}$, $U_{rel}=0.8\%$, $k=2$	GBW(E)0830
13	铜单元素溶液标准物质	100 $\mu\text{g/mL}$, $U_{rel}=1\%$, $k=2$	GBW(E)0830
14	铅单元素溶液标准物质	100 $\mu\text{g/mL}$, $U_{rel}=1\%$, $k=2$	GBW(E)0830
15	镉单元素溶液标准物质	100 $\mu\text{g/mL}$, $U_{rel}=1\%$, $k=2$	GBW(E)0830
16	氮中二氧化硫气体标准物质	$(10.0 \sim 100) \times 10^{-6}$ mol/mol, $U_{rel}=2\%$, $k=2$	GBW(E)0622 37
17	氮中二氧化硫气体标准物质	$(100 \sim 5000) \times 10^{-6}$ mol/mol, $U_{rel}=2\%$, $k=2$	GBW(E)0622 38
18	氮中丙烯腈气体标准物质	$(2.00 \sim 5.00) \times 10^{-6}$ mol/mol, $U_{rel}=9\%$, $k=2$	GBW(E)0622 39
19	原子吸收分光光度计检定用 标准物质 (Cu)	0.50 $\mu\text{g/mL}$, $U_{rel}=1\%$, $k=2$	GBW(E)1306
20		1.00 $\mu\text{g/mL}$, $U_{rel}=1\%$, $k=2$	GBW(E)1306
21		3.00 $\mu\text{g/mL}$, $U_{rel}=1\%$, $k=2$	GBW(E)1306
22		5.00 $\mu\text{g/mL}$, $U_{rel}=1\%$, $k=2$	GBW(E)1306
23	原子吸收分光光度计检定用 标准物质 (Cd)	0.50 ng/mL, $U_{rel}=2\%$, $k=2$	GBW(E)1306
24		1.00 ng/mL, $U_{rel}=2\%$, $k=2$	GBW(E)1306
25		3.00 ng/mL, $U_{rel}=2\%$, $k=2$	GBW(E)1306
26		5.00 ng/mL, $U_{rel}=2\%$, $k=2$	GBW(E)1306
27	原子吸收分光光度计检定用 标准物质 (NaCl)	5.00 mg/mL, $U_{rel}=2\%$, $k=2$	GBW(E)1306 09
28	水中氟离子溶液标准物质	100 0 $\mu\text{g/mL}$, $U_{rel}=1\%$, $k=2$	GBW(E)0832
29	水中溴离子溶液标准物质	1000 $\mu\text{g/mL}$, $U_{rel}=1\%$, $k=2$	GBW(E)0832
30	水中硝酸根离子溶液标准物	1000 $\mu\text{g/mL}$, $U_{rel}=1\%$, $k=2$	GBW(E)0832
31	水中硫酸根离子溶液标准物	1000 $\mu\text{g/mL}$, $U_{rel}=1\%$, $k=2$	GBW(E)0832
32	甲醇中萘溶液标准物质	1.00×10^{-4} , $U_{rel}=3\%$, $k=2$	GBW(E)1305

序号	名称	标准值及不确定度	编号
33	甲醇中萘溶液标准物质	1.00×10^{-7} , $U_{\text{rel}}=3\%$, $k=2$	GBW(E)1306
34	氮中甲烷气体标准物质	$(10.0 \sim 10.0 \times 10^2) \times 10^{-6}$ mol/mol, $U_{\text{rel}}=2\%$, $k=2$	GBW(E)0624 21
35	氮中硫化氢气体标准物质	$(10.0 \sim 200) \times 10^{-6}$ mol/mol, $U_{\text{rel}}=2\%$, $k=2$	GBW(E)0624 22
36	空气中一氧化碳气体标准物质	$(10.0 \sim 10.0 \times 10^2) \times 10^{-6}$ mol/mol, $U_{\text{rel}}=2\%$, $k=2$	GBW(E)0624 23